



Puderfreier, unsteriler Untersuchungshandschuh
mit Biogel®-Innenbeschichtung

Biogel® Dental Unsteril bietet eine sehr gute
Schutzbarriere bei zahnmedizinischen
Behandlungen

Vorteile und Nutzen

- 100 %-ige Prüfung jedes einzelnen Handschuhs auf Löcher und andere Defekte
- Niedrigster AQL für Löcher: 0,65
 - Hoher Qualitätsstandard, verbunden mit einem zuverlässigen Patienten- und Personalschutz
- 100 % Puderfrei
 - Minimiert das Risiko von allergischen Kontakt-dermatiden
 - Minimiert das Risiko von Granulomen und Adhäsionen
- < 20 µg/g extrahierbare Proteine²
 - Minimiert latexallergische Typ-I-Allergien
- Geringe Mengen chemischer Rückstände (< 0,1 % w/w)³
 - Reduziert das Risiko für Typ-IV-Allergien
- Biogel®-Innenbeschichtung
 - Vereinfacht das An- und Ausziehen der Handschuhe, auch mit feuchten Händen
 - Schützt die Hände vor Feuchtigkeitsverlust¹
- Rollrand
 - Besserer Halt und zusätzlicher Schutz

Handschuhmerkmale

- Strohfalten
- Gerade Finger
- Einhändige Verwendung (rechts / links)
- Strukturierte Handschuhoberfläche

Materialinformationen

- Hochwertiger Naturkautschuklatex
- Biogel®-Innenbeschichtung



Handschuh-
farbe

Produkt Code 90X

Bestell-Nr.	Größe	Paar	Bestell-Nr.	Größe	Paar
5636	5 ½	25/Box	5640	7 ½	25/Box
5637	6	25/Box	5641	8	25/Box
5638	6 ½	25/Box	5642	8 ½	25/Box
5639	7	25/Box	5643	9	25/Box

Verpackungsinformationen:

150 Paar pro Versandeinheit Gr. 5,5 - 9

Wichtige Informationen

Verantwortliches Unternehmen: Mölnlycke Health Care AB
Gamlestadvägen 3C
SE-402 52 Göteborg, Schweden

Produktinformationen über: Mölnlycke Health Care GmbH
Max-Planck-Straße 15
D-40699 Erkrath-Unterfeldhaus, Deutschland
T +49-(0)211-920 88 0
E info.de@molnlycke.com

Webseite: www.molnlycke.com

Hersteller: Herstellung und Verpackung in Malaysia durch Regent Hospital Products. Regent Hospital Products ist ein Mitglied der Mölnlycke Health Care Gruppe

¹Source: Testing conducted at PRAC and overseen by a board-certified dermatologist, 2004. Report 04-007

²Using Modified Lowry (EN455) / ASTM D5712. ³ MKT Why choose Biogel

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Biogel Dental Unsteril

Handschuhspezifikationen

Größe	Min. Länge (mm)	Durchschnittliche Breite (mm)
5 ½	280 (+15/-15)	75 (±3)
6	280 (+15/-15)	80 (±3)
6 ½	280 (+15/-15)	85 (±3)
7	285 (+15/-15)	90 (±3)
7 ½	285 (+15/-15)	96 (±3)
8	295 (+15/-15)	101 (±3)
8 ½	295 (+15/-15)	106 (±3)
9	302 (+15/-15)	114 (±3)

Wandstärke - einwandig (mm)

Stulpe	0,205
Handbreite	0,255
Finger	0,280

Physikalische Handschuheigenschaften

	Standardanforderungen	BIOGEL DENTAL Unsteril
Reißfestigkeit (N): Initial Nach Alterung	≥ 9 ≥ 6	19 18
Beschleunigeranalyse % w/w: Dithiocarbamat (DTC)	unter der Nachweisgrenze	< 0,15
Extrahierbare Proteine (mittels modifiziertem Lowry)	< 50 µg/g	< 20 µg/g
AQL für Löcher (Wasserhaltetest nach der Verpackung) - Durchschnittlicher Fehleranteil der Produktion	1,5	0,65 < 0,20

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Benannte Stelle: 0086 BSI

Produktstandards: Biogel Handschuhe werden nach den folgenden Standards getestet und hergestellt:

Qualität / Umwelt: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001

Produkt: ASTM D3577, EN455-1, EN455-2, EN455-3

Viraler Penetration Bakteriophagen Test: ASTM F1671

Allergenität / Pyrogenität: ISO 10993 (Teil 5 und 10) / US Pharmacopoe USP: (151 & 85)



Registrierungsbehörde:

In Europa tragen die Handschuhe das CE-Zeichen (Benannte Stelle BSI, Nummer 0086), das die Einhaltung des Medizinproduktegesetzes symbolisiert. Biogel Dental Untersuchungshandschuhe sind ein Medizinprodukt der Klasse I



Kontraindikationen:

Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, der allergische und anaphylaktische Reaktionen auslösen kann

Allergenität:

Biogel Handschuhe enthalten geringe Mengen extrahierbarer Proteine und haben deshalb ein geringes Potential für induzierte, verspätete Hypersensibilitäten (auch bezeichnet als Typ-IV-Allergie und allergische Kontaktdermatitis)

Lagerung:

Kühl und trocken sowie außerhalb von Hitzequellen oder direkter Sonneneinstrahlung lagern

Entsorgung:

Handschuhe als klinischen Abfall entsorgen. Box und Versandverpackung als Papier recyceln oder als klinischen Abfall entsorgen

Haltbarkeit:

Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum

Ursprungsland:

Malaysia

Stand:

April 2010

Biogel®

SETTING THE STANDARD IN PROTECTION



MÖLNLYCKE
HEALTH CARE

Mölnlycke Health Care GmbH, Max-Planck-Straße 15, D-40699 Erkrath-Unterfeldhaus. T +49 (0)211 920 880 F +49 (0)211 920 88 271
E-mail info.de@mölnlycke.com www.mölnlycke.com

Name und Logo von Mölnlycke Health Care sowie das Markenzeichen Biogel® sind weltweit unter jeweils einem oder mehreren der Unternehmen der Mölnlycke Health Care Gruppe registriert. Copyright (2010)

Inhaber des CE-Zeichens: Mölnlycke Healthcare AB, Gamlestadsvägen 3 c, SE-402 52 Göteborg, Schweden

2010-0110 Dental Unsteril